

Recife, 14 de agosto de 2024.

PROCESSO N° 031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024

OBJETO: Aquisição de Sistemas de Ultra Cromatografia Líquida com detector DAD e Sistemas de Cromatografia Líquida com detector DAD compatíveis com os softwares em rede OpenLab e Empower. Com consumíveis, instalação, qualificação e treinamento dos equipamentos. Conforme as disposições e detalhamento constante no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I**.

Senhores licitantes, em resposta aos questionamentos formulados por e-mail referente ao processo supracitado, esclarecemos:

QUESTIONAMENTO 03 / RESPOSTA DA ÁREA DEMANDANTE – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA – COLOG:

QUESTIONAMENTO:

Diante do exposto solicitamos respeitosamente a esta Comissão que avalie com os setores solicitantes do Lafepe uma revisão deste requisito, dispensando o licitante quanto ao fornecimento de Software Workstation instalado para os

equipamentos do Lote 02 e mantendo assim apenas o requisito de fornecer o "driver de comunicação compatível com Empower ou OpenLab" assim que definido pelo Lafepe qual será, antes do fornecimento dos lotes 01 e 02, evitando custo desnecessário ao erário público uma vez que entendemos que o fornecimento do Software Workstation não é necessário.

Pedimos deferimento e flexibilização, assim enriquecendo o rol de ofertas e o certame per si com um maior número de licitantes.

Nesses termos, pedimos deferimento.

Customer Excellence
Research & Applied | Life Science

RESPOSTA:

Prezadas bom dia!

Em resposta ao fornecedor, esclarecemos que diante das necessidades do Lafepe, para o Lote 02 precisaremos que os equipamentos venham com o Software Workstation. Estamos à disposição para esclarecimentos.

Att,

 <p>LAFEPE MEDICAMENTOS GOVERNADOR MIGUEL ARRABAS</p>	<p>Ailã Sañtana Coordenadora de Controle de Qualidade</p>
<p>Largo de Dois Irmãos, 1117, Dois Irmãos Recife/PE</p>	

Amanda Mascarenhas
Pregoeira / CPL – LAFEPE