

Recife, 21 de agosto de 2024.

PROCESSO N° 031/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024

OBJETO: Aquisição de Sistemas de Ultra Cromatografia Líquida com detector DAD e Sistemas de Cromatografia Líquida com detector DAD compatíveis com os softwares em rede OpenLab e Empower. Com consumíveis, instalação, qualificação e treinamento dos equipamentos. Conforme as disposições e detalhamento constante no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I**.

Senhores licitantes, em resposta aos questionamentos formulados por e-mail referente ao processo supracitado, esclarecemos:

QUESTIONAMENTO 02 - INTEMPESTIVO EM Data: 20/08/2024 14:17/ RESPOSTA DA ÁREA DEMANDANTE

QUESTIONAMENTO 02 :

Boa tarde,

Solicitamos esclarecimento a seguir para o item 01 Lote 01 do PE 13/2024 do LAFEPE, com data de abertura prevista para o dia 23/08:

O Edital informa:

MÓDULOS ? AMOSTRADOR AUTOMÁTICO

3.1. Este módulo deverá ter as seguintes especificações mínimas, em operação usual, na maior parte do tempo, do equipamento, dentro da faixa de trabalho:

O sistema deverá ser dotado com injetor automático com no mínimo 96 posições de vials de 2 mL e sistema de climatização das amostras com uma faixa de trabalho de no mínimo 4 a 40°C. **O carryover máximo aceitável é de 0,02%;**

Contaminação cruzada, ou carry-over, caracterizada pela área relativa, entre injeções, com lavagem unitária do sistema injetor, dentro da faixa de trabalho de até ?0,003%;

Solicitação de esclarecimento: Existem duas informações de Carry ? over no item Amostrador automatico. Favor confirmar qual será a condição aceitável desta característica.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At.te,

RESPOSTA:

Prezadas boa tarde!

Referente ao questionamento do fornecedor, esclarecemos que o carry over deve ser $\leq 0,003\%$.

Att,



Amanda Mascarenhas
Pregoeira / CPL – LAFEPE